



DOPRAVNÝ ÚRAD
TRANSPORT AUTHORITY

**POŽIADAVKY NA PREVÁDZKOVÉ
PRIESTORY A MATERIÁLNO-
TECHNICKÉ VYBAVENIE
AME/AeMC**

ČÍSLO:	POSTUP č. 13/2016		
ČÍSLO ZÁZNAMU:	04749/2016 RSP-053	PLATNÉ OD:	28.10.2016
ZNAK HODNOTY A LEHOTA ULOŽENIA:	A10	ČÍSLO VÝTLAČKU:	1
SPRACOVAL/A: FUNKCIA:	Mgr. Vanda Orfánusová	DÁTUM:	<i>[Signature]</i>
	Vedúca OLLP	PODPIS:	28.10. 2016
SPRACOVAL/A: FUNKCIA:	MUDr. Otakar Takáč	DÁTUM:	28.10. 2016
	Posudkový lekár DÚ	PODPIS:	<i>[Signature]</i>
SCHVÁLIL/A: FUNKCIA:	Ing. Ján Breja	DÁTUM:	28.10. 2016
	Predseda Dopravného úradu	PODPIS:	<i>[Signature]</i>

OBSAH

Názov	Číslo str.
Titulná strana	1
Obsah	2
1 Skratky a definície	3
Skratky	3
Použité pojmy	3
2 Všeobecné ustanovenia	4
Účel	4
Súvisiaca legislatíva	4
3 Požiadavky na prevádzkové priestory a materiálno-technické vybavenie ambulancie AME	5
4 Požiadavky na prevádzkové priestory a materiálno-technické vybavenie ambulancie AeMC	6

1 SKRATKY A POUŽITÉ POJMY

1.1 Skratky

Skratka	Význam v slovenskom jazyku
AME	Poverený lekár
AeMC	Poverené zdravotnícke zariadenia
AMC	Prijateľné prostriedky preukázania zhody
GM	Poradenský materiál

1.2 Použité pojmy

Poznámka.- Použité pojmy v tomto postupe sú v súlade s pojmami uvedenými v nariadení Komisie (EÚ) č. 1178/2011.

2 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

2.1 Účel

- 2.1.1 Dopravný úrad týmto stanovuje požiadavky na materiálno-technické vybavenie ambulancie AME, ktoré vychádzajú z požiadaviek nariadenia Komisie (EÚ) č. 1178/2011, časť MED a výnosu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 09812/2008-OL z 10. septembra 2008 o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení.
- 2.1.2 Dopravný úrad týmto stanovuje požiadavky na materiálno-technické vybavenie ambulancie AeMC, ktoré vychádzajú z požiadaviek nariadenia Komisie (EÚ) č. 1178/2011, časť ORA, nariadenia Komisie (EÚ) č. 2015/340, časť ATCO.MED a časť ATCO.OR a výnosu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 09812/2008-OL z 10. septembra 2008 o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení.

2.2 Súvisiaca legislatíva

- 2.2.1 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1178/2011 z 3. novembra 2011, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa posádky civilného letectva podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 v platnom znení, časť MED, časť ORA (ďalej len „nariadenie Komisie (EÚ) č.1178/2011“) a jeho príslušných AMC a GM.
- 2.2.2 Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 09812/2008-OL. z 10. septembra 2008 o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení (oznámenie č. 410/2008 Z. z.) v platnom znení (ďalej iba "výnos").
- 2.2.3 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2015/340 z 20. februára 2015, ktorým sa stanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa preukazov a osvedčení riadiacich letovej prevádzky podľa nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie EÚ) č. 923/2012 a zrušuje nariadenie Komisie (EÚ) č. 805/2011ä

3 POŽIADAVKY NA MATERIÁLNO-TECHNICKÉ VYBAVENIE AMBULANCIE AME

3.1 **Požiadavky** na prevádzkové priestory a materiálno-technické vybavenie ambulancií AME osvedčených pre osvedčovanie zdravotnej spôsobilosti **2. triedy**.

3.1.1 Základné prevádzkové priestory a materiálno-technické vybavenie ambulancií povereného lekára (AME) musia spĺňať požiadavky na zdravotnícke zariadenie všeobecnej ambulatnej zdravotnej starostlivosti, ktoré sú uvedené vo výnose:

- a) v spoločných ustanoveniach,
- b) v oddiele 1 body 1a,c,d,e, f, g a 2. a, b, c, d, e, f, g, i, k, l, m, o, q, r, v, z, y.

3.1.2 Na vykonanie letecko-lekárskeho vyšetrenia a/alebo hodnotení podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 1178/2011, časť MED je požadované aj nasledujúce prístrojové vybavenie:

- a) nástroje na ušno-nosovo-krčné vyšetrenie:
 - (otoskop alebo čelový reflektor so zrkadlami (sadou ušných a nosových zrkadiel),
- b) nástroje a pomôcky na očné vyšetrenie:
 - optotypy na vyšetrenie zraku do diaľky, tabuľku na vyšetrenie zraku nablízko,
 - Ishihara tabuľky na vyšetrenie farbcitu (24 strán),
 - očná lupa, namiesto očnej lupy môže byť aj oftalmoskop,
- c) indikátorové papieriky na vyšetrenie moču chemicky.

3.2 **Požiadavky** na prevádzkové priestory a materiálno-technické vybavenie ambulancií AME osvedčených pre osvedčovanie zdravotnej spôsobilosti **1. triedy**

3.2.1 AME, ktorý požaduje o rozšírenie svojho osvedčenia aj na vykonávanie letecko-lekárskeho vyšetrenia a hodnotení na účely vydávania osvedčení zdravotnej spôsobilosti 1. triedy, musí spĺňať:

- a) požiadavky na prevádzkové priestory a materiálno-technické vybavenie ambulancií AME uvedených v bode 3.1 a
- b) hemoglobinomater (na vyšetrenie papierikom z kvapky krvi);
- c) glukometer (vyšetrenie glykémie z kvapky krvi);
- d) audiometer (prístroj na vyšetrenie sluchu);
- e) elektrokardiograf.

3.2.2 Vyšetrenia glukometrom, audiometrom a elektrokardiografom je možné zabezpečiť aj dodávateľským spôsobom.

3.3 Kalibrácia prístrojov a zariadení

3.3.1 U prístrojov a zariadení, ktoré sa používajú pri letecko-lekárskeho vyšetreniach, sa vyžaduje kalibrácia. AME vedie o kalibrácii evidenciu, t. j. dátum poslednej kalibrácie prístrojov a dátum platnosti kalibrácie.

4 POŽIADAVKY NA MATERIÁLNO-TECHNICKÉ VYBAVENIE AMBULANCIE AeMC

4.1 Základné prevádzkové priestory a materiálno-technické vybavenie ambulancií poverených zdravotníckych zariadení (AeMC) musia spĺňať požiadavky na zdravotnícke zariadenie všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ktoré sú uvedené vo výnose:

- a) v spoločných ustanoveniach,
- b) v oddiele 1, body 1 a 2 nasledovne
1a, c, d, e, f, g 2 a, b, c, d, e, f, g, i, k, l, m, o, q, r, v, z, y.

4.2 Na vykonanie letecko-lekárskych vyšetrení a/alebo hodnotení podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 1178/2011, časť ORA je požadované aj nasledujúce prístrojové vybavenie, požadované AMC1 ORA.AeMC.215:

a) Kardiológia

Prístrojové vybavenie na vykonávanie

- (1) 12 zvodového kľudového EKG,
- (2) záťažového EKG,
- (3) 24 hodinové sledovanie krvného tlaku a
- (4) 24 hodinové sledovanie srdcového rytmu.

b) Oftalmológia

Zariadenie na vyšetrenie

- (1) videnia do blízka, na strednú vzdialenosť a do diaľky,
- (2) vonkajšieho oka, anatómie, médií a očného pozadia,
- (3) pohyblivosti očí,
- (4) binokulárneho videnia,
- (5) farebného videnia (anomaloskop alebo rovnocenné vybavenie),
- (6) zrakových polí,
- (7) refrakcie a
- (8) heterofórie.

c) Sluch

- (1) tónový audiometer.

d) Otorinolaryngológia

Zariadenie pre klinické vyšetrenie úst a krku a

- (1) otoskopiu,
- (2) rinoskopiu,
- (3) tympanometriu, alebo rovnocenné a
- (4) klinické posúdenie vestibulárneho systému.

e) Vyšetrenie pľúcnych funkcií

- (1) spirometria

f) V AeMC by mali byť **k dispozícii**, prípadne **zmluvne zaistené** u poskytovateľa služieb,

nasledujúce zariadenia:

- (a) zariadenie klinického laboratória a
- (b) ultrazvuk.

4.3 Kalibrácia prístrojov a zariadení

- 4.3.1 U prístrojov a zariadení, ktoré sa používajú pri letecko-lekárskejších vyšetreniach, sa vyžaduje kalibrácia. AeMC vedie o kalibrácii evidenciu, t. j. dátum poslednej kalibrácie prístrojov a dátum platnosti kalibrácie.